

【研究概要】

経尿道的腎碎石術中の腎盂内圧は、注入する生理食塩水の注入圧でコントロールできるが、灌流装置と腎臓の高さと比較した場合の高低差の影響を受ける可能性がある。そこで、疑似尿路を用いて様々な灌流装置及び注入圧を設定し、疑似尿路内での圧を測定する。